



Max: 200kg/440 lbs

CalfStrap ist ein Zubehör für MiniLift125/MiniLift200. Das Wadenband bietet dem Patienten zusätzliche Stütze und ein Gefühl der Sicherheit bei der Anwendung von MiniLift125/MiniLift200. CalfStrap wird mithilfe von Schnallen an der Seite der Beinstützen befestigt und lässt sich einfach auf die gewünschte Länge einstellen. MiniLift125/MiniLift200 besitzt an der Rückseite des Knieschutzes Löcher zur Montage der Befestigungsvorrichtung für CalfStrap.

Das SystemRoMedic umfasst eine breite Auswahl an funktionellen und bequemen Hebegurten hoher Qualität, speziell entwickelt für verschiedene Arten von Hebeaktionen und für Patienten mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Hebegurte sind in mehreren Materialausführungen und Größen von XXS bis XXL erhältlich. Sämtliche Modelle sind sowohl sicher als auch einfach in der Anwendung und halten einer Belastung bis zu 300 kg stand. Die Wahl von Modell und Material ist abhängig von der jeweiligen Hebesituation und dem Bedarf des Patienten.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung und mechanische Kontrolle

Unterziehen Sie regelmäßigen Funktionskontrollen. Nach jeder Wäsche prüfen. Prüfen Sie Nähte und Material auf einwandfreien Zustand. Prüfen Sie, ob das Material abgenutzt oder verblichen ist. Belasten Sie Schnallen und Griffe und prüfen Sie, ob sie starker Belastung standhalten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung

Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Verweilen Sie während des Umsetzungsmoments beim Patienten.

Positionierung und Anwendung



Die Schnallen für Calfstrap an der Rückseite des Knie schutzes von MiniLift125/MiniLift200 festschrauben. Zwischen Leder und Schrauben die beiliegenden Scheiben einsetzen.



Länge des Bandes auf den Patienten einstellen, so dass ausreichende Stütze der Waden gewährleistet ist. Anschließend das Wadenband an den Waden des Patienten anlegen und mit den Schnallen an beiden Seiten befestigen.

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett des Hebegurtes.



Kein Weichspülmittel verwenden.
Für längere Lebensdauer
Trocknen im Wäschetrockner
vermeiden.

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf www.handicare.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage www.handicare.com zum Download bereit.

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

